



AASHTO T119- E12350-2-ASTM C143

برای اندازه گیری میزان خمیر وارگی بتن از تست اسلامپ استفاده می شود این تست مربوط به نمونه های با خمیروارگی متوسط و بالا می باشد.



CO313

کد کالا	لوازم و متعلقات یدکی (Accessory)
CO313-1	مخروط اسلامپ
CO313-2	کوبه اسلامپ فلزی (میله کوبه به قطر میلگرد 16mm و طول 60cm)
CO313-3	خط کش فلزی (از جنس استندلس به طول 30cm)
CO313-4	صفحه زیر
CO313-5	قیف اسلامپ
CO313-6	گیره ها (جهت نگهداری مخروط اسلامپ)
CO313-7	میله پرچم (جهت اندازه گیری نشست بتن)

انواع اسلامپ: رنگ کوره ای - روکش گالوانیزه

شرح آزمایش اسلامپ:

این تست به این صورت اجرا می شود که مخروط اسلامپ را با بتن تازه مخلوط شده پر می کنند سپس میله ضربه زن را در سه عمق در آن فرو می کنند پس از پر شدن بتن تا سر مخروط، مخروط برداشته شده و ریزش بتن بلافاصله اندازه گیری می شود .