

دستگاه تعیین کارپذیری به روش باکس U شکل - SCC U-BOX



EN 1104

این آزمایش نمونه شبیه سازی شده استفاده از بتن خودتراکم در خروجی های تنگ و باریک و تحت فشار استاتیک و همچنین قابلیت بتن Flow از بین موانع است.

تعیین زمان جاری شدن به روش قیف V شکل - SCC V-Funnel



EN 11042

جهت تعیین زمان جاری شدن Flow time بتن خود تراکم که خود معیاری برای تعیین قابلیت پراکندگی بتن است قیف V به ظرفیت ۱۰ لیتر است